

1. AMAÇ / PURPOSE

Bu prosedürün amacı, EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar KYS ve AB 2017/745 MDR uygunluk değerlendirme ön başvurularının alınması ve değerlendirilmesi metodunu, resmileşmiş başvurular için başvurunun geçerliliği, NOTICE kapsamında olup olmadığı ve NOTICE kaynaklarının yeterliliğinin değerlendirilmesi için metotları açıklamaktır.

The purpose of this procedure is to explain the method EN ISO 13485 medical devices QMS and Medical Devices Regulation EU 2017/745 MDR conformity pre-applications are received and evaluated.

2. KAPSAM / SCOPE

Bu prosedür EN ISO 13485 tıbbi cihazlar KYS ve AB 2017/745 MDR ürün uygunluk belgelendirme başvurularını kapsar.

This procedure covers EN ISO 13485 medical devices QMS and Medical Devices Regulation EU 2017/745 MDR product conformity certification applications.

3. SORUMLULUKLAR / RESPONSIBILITIES

EN ISO 13485 tıbbi cihazlar KYS ve AB 2017/745 (TCR) tıbbi cihazlar uygunluk ön başvurularının alınmasından Satış Pazarlama Sorumlusu (SPS) ve pazarlama temsilcilikleri, ön başvurunun pazarlama temsilcilikleri tarafından alınması durumunda ürün bilgisi alma formunun doldurulmasının sağlanmasından Pazarlama Temsilcilikleri, ürün bilgisi iletilen müşteriler ile iletişimden ve başvuru formunun iletilmesinden Satış Pazarlama Sorumlusu (SPS), gelen ön başvurunun değerlendirilmesinden ve uygun bulunan ön başvuruları Satış Pazarlama Sorumlusuna (SPS) iletmekten Tıbbi Cihaz Departman Sorumlusu (TCS), ve ön başvuruların değerlendirme aşamasında cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı ile ilgili görüş vermekten ve gerektiğinde klinik uzmanlardan bu konuda görüş almaktan İç Klinisyen (IC) mesuldür. Başvuru yapan müşteri ile cihazın sınıflandırması veya tıbbi cihaz olup olmadığı konusunda ihtilafa düşülmesi durumunda ilgili yetkili otorite ile iletişimden Akreditasyon ve Notifikasyon Sorumlusu (ANS) mesuldür. Sözleşmenin imzalanmasının ardından başvuru sahibi tarafından gönderilen dokümanlar ve ön-başvuru formu referans alınarak, başvurunun geçerliliği, NOTICE kapsamında olup olmadığı ve NOTICE kaynaklarının yeterliliğinin değerlendirilmesinden ANS sorumludur.

Sales and Marketing Responsible (SMR) and marketing representatives are responsible for receiving EN ISO 13485 medical devices QMS and EU 2017/745 (MDR) medical devices product conformity certification pre-applications. In case the pre-application is received by the marketing representatives, marketing representatives are responsible for ensuring that the product information receipt form is filled in. Sales and Marketing Responsible (SMR) for communicating with customers whose product information is communicated and for submitting the application form and Medical Devices Department Responsible (MDDR) for evaluation of incoming pre-applications and forwarding the eligible ones to Sales and Marketing Responsible (SMR) are responsible. Internal Clinician (IC) is responsible for giving an opinion on whether or not the device is a medical device during the evaluation phase of the preliminary applications and receiving opinions from clinical specialists when necessary. In case of dispute with the applicant about the classification of the device or whether or not it is a medical device, Accreditation and Notification Responsible (ANR) is responsible for communicating with the relevant competent authority. ANR is responsible for evaluating the validity of the application, whether or not it is within the scope of NOTICE, and the adequacy of NOTICE resources, with reference to the documents sent by the applicant after the signing of the contract and the pre-application form.

TANIMLAR / DEFINITIONS

- AB 2017/745** : 5 Nisan 2017 de onaylanmış Tıbbi Cihaz Regülasyonu MDR
EU 2017/745 [Medical Device Regulation MDR issued on 5 April 2017](#)
- Yetkili Otorite** : Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Competent Authority [Medicines and Medical Devices Agency of Ministry of Health of Republic of Turkey](#)
- Tıbbi Cihaz** : İnsan vücudu içerisinde veya üzerinde amaçlanan asli fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan; fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve
Medical Device - hastalığın; tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tahmini, prognozu, tedavisi veya hafifletilmesi,
- yaralanma veya sakatlığın; tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya kompanse edilmesi,
- anatomik bir yapının veya işlevin veya bir fizyolojik ya da patolojik sürecin veya durumun; araştırılması, ikame edilmesi veya modifikasyonu,
- organ, kan ve doku bağışları dahil olmak üzere, insan vücudundan elde edilen örneklerin in vitro muayenesi vasıtasıyla bilgi sağlanması, özel tıbbi amaçlarından biri veya daha fazlası için, imalatçı tarafından, insan üzerinde tek başına veya birlikte kullanılmak üzere tasarlanan alet, aparat, teçhizat, yazılım, implant, reaktif, materyal veya diğer malzemedir.

Any instrument, apparatus, appliance, software, implant, reagent, material or other article intended by the manufacturer to be used, alone or in combination, for human beings for one or more of the following specific medical purposes:

- diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment or alleviation of disease,
- diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of, or compensation for, an injury or disability,
- investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological or pathological process or state,
- providing information by means of in vitro examination of specimens derived from the human body, including organ, blood and tissue donations, and which does not achieve its principal intended action by pharmacological, immunological or metabolic means, in or on the human body, but which may be assisted in its function by such means.

Ayrıca:

- gebelik kontrolü veya desteği için cihazlar
Yukarıda açıklanan cihazların;
- spesifik olarak temizliği, dezenfeksiyonu veya sterilizasyonu amaçlayan cihazlar
- onların aksesuarları
ve
- AB 2017/745 TCR EK XVI da listelenmiş cihazlar

Also:

- devices for the control or support of conception;
of devices as explained above;
- products specifically intended for the cleaning, disinfection or sterilization,
- the accessories thereof
and
- products listed in Annex XVI of Medical Devices Regulation EU 2017/745 (MDR)

- İnsan Kanı Türevi**
Human Blood Derivative : İnsan kanı veya plazmasından türetilen ve tıbbi cihazdan ayrı kullanıldığında, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde ifade edilen kan ürünü bileşeni veya kan ürünü olarak değerlendirilebilen ve tıbbi cihazın insan vücudu üzerindeki etkisine yardımcı olan maddeler.
Substances derived from human blood or plasma, which are assessed as blood product component or blood product under the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use, when used alone, which help the medical device to influence on the human body.
- Kullanım Amacı**
Intended purpose : İmalatçı tarafından teknik dosyada ayrıntılı olarak ifade edilen ve tıbbi cihazın kullanım kılavuzunda, tanıtım materyalinde veya etiketinde belirtilen kullanım maksadı.
The use for which a device is intended according to the data supplied by the manufacturer on the label, in the instructions for use or in promotional or sales materials or statements and as specified by the manufacturer in the clinical evaluation.
- Tıbbi Madde İhtiva Edern Tıbbi Cihaz**
Medical device incorporating medicinal substance : Tek başına kullanıldığında Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde yer alan tıbbi ürün kapsamında değerlendirilen bir maddeyi, tıbbi cihazın insan vücudu üzerindeki fonksiyonunu destekleyen tamamlayıcı bir parçası olarak kullanan tıbbi cihazlar.
Medical device that use as a substance which is assessed under the Regulation on Licensing of Medicinal Products for Human Use, when used alone. As a complementary part of the medical device for supporting the function on the human body.
- Farmakoloji Etki**
Pharmacological Effect : Söz konusu maddenin bileşenleri ve genellikle reseptör olarak bilinen bir direkt yanıtla sonuçlanan veya başka bir ajanı bloklayan hücresel madde arasındaki etkileşim. Tamamen güvenilir bir kriter olmasada doz-tepki ilişkisi farmakolojik etkinin belirtisidir.
An interaction between the molecules of the substance in question and a cellular constituent, usually referred to as a receptor, which either results in a direct response, or which blocks the response to another agent. Although not a completely reliable criterion, the presence of a dose-response correlation is indicative of a pharmacological effect.
- İmmünokolojik etki**
Immunological effect : Stimulasyon ve/veya hücrelerin mobilizasyonu (hareket ettirmesi) ve/veya spesifik bir bağışık reaksiyon içerisine dahil olan ürünler ile vucutun içinde veya üzerinde yapılan bir etki.
An action in or on the body by stimulation and/or mobilization of cells and/or products involved in a specific immune reaction.
- Metabolik Etki**
Metabolic Effect : Normal vücut fonksiyonu için uygulanan ve vücut fonksiyonu içerisine katılan normal kimyasal prosesin hızını değiştirme veya başlama, durdurma gibi değişiklikleri içeren bir etki.
An action which involves an alteration, including stopping, starting or changing the speed of the normal chemical processes participating in, and available for, normal body function.

- MDR Kodları**
MDR codes : AB 2017/745 regülasyonu tıbbi cihaz alanında onaylanmış kuruluş olarak atama kapsamını belirtme amacı için cihazın türlerini yansıtan kodlardır (MDA: Aktif Cihazlar, MDN: Non-aktif cihazlar, MDS&MDT: Horizontal kodlar)
Codes reflecting corresponding types of devices for the purpose of specifying the scope of the designation as notified bodies in the field of medical devices under Regulation (EU) 2017/745, (MDA: Active Devices, MDN: Non-active devices, MDS & MDT: Horizontal Codes)
- M-Files** : NOTICE Doküman Yönetim Sistemi Yazılımı
NOTICE Document Management System Software

4. UYGULAMA / DESCRIPTION

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi sertifikasyonu ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ürün Uygunluk Değerlendirme sertifikasyonu için NOTICE'e ön başvuruda bulunacak kuruluşların ön başvuru sürecinde bilgilendirilmesi **M.TL.07.01 Ön Başvuru Talimatı** yoluyla gerçekleştirilir. Ön başvuruların alınmasından sertifikasyon sürecinin tamamlanmasına kadarki süreç **M.FR.07.03 ISO 13485 Belgelendirme Akış Şeması** ve **M.FR.07.04 MDR Belgelendirme Akış Şeması** formlarında gösterilmiştir.

Organizations that will make a pre-application to NOTICE for ISO 13485 Medical Devices Quality Management System certification and Medical Device Regulation Product Conformity Assessment certification are informed through the M.TL.07.01 Pre-Application Instructions. The process from receiving the pre-applications to the completion of the certification process is shown in the M.FR.07.03 ISO 13485 Certification Flow Chart and M.FR.07.04 MDR Certification Flow Chart forms.

5.1 Ön Başvurunun Alınması / Receiving Pre-Applications:

Üretici veya yetkili temsilci tarafından onaylanmış EN ISO 13485 tıbbi cihazlar KYS ve AB 2017/745 uygunluk belgelendirme ön başvuruları SPS tarafından alınır.

EN ISO 13485 medical devices QMS and EU 2017/745 conformity certification pre-applications, confirmed by a manufacturer or an authorized representative are received by SMR.

Şirket telefonu, mail yolu, web sitesi üzerinden veya NOTICE ofisine gerçekleştirilen ziyaretler ile yapılan ön başvurulara SPS başvuruda bulunan firmaya **M.FR.07.01 Başvuru Formu**'nu gönderir. Gönderilen **M.FR.07.01 Başvuru Formu**'nun doldurulması ile ilgili takibi SPS yapar ve formun eksiksiz olarak doldurulmasını sağlar. Müşteriyle kurulan iletişim sırasında danışmanlık kapsamına girebilecek müşteri özelinde bilgi paylaşılmaz, müşterinin cihazına özel olmayan teknik bilgi, mevzuata ilişkin kılavuz, belgelendirme süreçleriyle ilgili genel bilgilendirmede bulunulabilir. Uygulanacak uygunluk değerlendirme faaliyetinin müşteriye daha erken piyasaya erişimi sunacağı ya da diğer onaylanmış kuruluşlara nazaran daha hızlı, daha kolay veya daha az zorlayıcı olacağı çıkarımını hiçbir şekilde ima etmez ya da böyle bir çıkarıma yol açabilecek açıklamalarda bulunmaz.

SMR sends **M.FR.07.01 Application Form** to applicants who have lodged the applications over the company phone, via e-mail, through website or with visits to NOTICE office. SMR follows up the sent applications and ensures the forms are thoroughly filled out and signed. During the communication with the customer over, customer-specific information that may be within the scope of consultancy is not shared, technical information that is not specific to the customer's device, a guide regarding the legislation, general information about the certification processes can be provided. It does not imply or make any statements that might lead to the conclusion that the conformity assessment activity to be implemented will provide the customer with earlier market access or that it will be faster, easier, or less challenging than other notified bodies.

Mail yolu veya web sitesi üzerinden yapılan ön başvurularda SPS başvuruda bulunan firmaya **M.FR.07.01 Başvuru Formu**'nu gönderir. Gönderilen **M.FR.07.01 Başvuru Formu**'nun doldurulması ile ilgili takibi SPS yapar ve formun eksiksiz olarak doldurulmasını sağlar.

SMR sends **M.FR.07.01 Application Form** to pre-applicants who have lodged the applications via mail or through website. SMR follows up the sent applications and ensures the forms are thoroughly filled out and signed.

Ön başvurunun NOTICE'in pazarlama temsilcilikleri aracılığıyla alınması durumunda, ilgili temsilcilikler **M.FR.23.03 Ürün Bilgisi Alma Formu**'nu firmaya ileterek ön başvuru sürecini başlatır. Temsilcilikler tarafından **M.FR.23.03 Ürün Bilgisi Alma Formu**'nun eksiksiz olarak doldurulması sağlandıktan sonra form NOTICE Satış ve Pazarlama Sorumlusu'na iletilir. Bu aşamadan itibaren SPS, ön-başvuruda bulunan firma ile telefon veya e-posta ile iletişime geçer ve **M.FR.07.01 Başvuru Formu**nu e-posta ile gönderir. Formun eksiksiz doldurulmasını sağlar.

In case the pre-application is received through the marketing representatives of NOTICE, the relevant representatives initiate the pre-application process by submitting the **M.FR.23.03 Product Information Receipt Form** to the company. After the representatives ensure that the **M.FR.23.03 Product Information Receipt Form** is filled out completely, the form is sent to NOTICE Sales and Marketing Responsible. From this stage onwards, SMR contacts the pre-applicant company by phone or e-mail and sends the **M.FR.07.01 Application Form** by e-mail. He/she ensures that the form is filled completely.

5.2 Ön Başvurunun Değerlendirilmesi / Pre-Application Evaluation:

Eksiksiz doldurulmuş **M.FR.07.01 Başvuru Formunun** SPS' ye ulaşmasının ardından M-files'ta yeni ön başvuru kartı oluşturulur. Ön-Başvuru yapan firma daha önce NOTICE'e ön başvuru yapmış bir kuruluş değil ise, ön başvuru oluşturulmadan önce yeni kurum/kuruluş kartı oluşturulur ardından yeni ön başvuru kartı açılır. **M.FR.07.01 Başvuru formu** ve ön-başvuru dökümanları M-files'ta ilgili ön başvurunun dökümanları olarak kaydedilir. Ön başvuru bilgileri SPS tarafından TCS'ye e-posta ile iletilir. Ön başvuru TCS tarafından **M.FR.07.02 Ön-Başvuru Değerlendirme Formu** kullanılarak Bölüm 5.2.1'de belirtilen şartlara göre değerlendirilir. Form M-files'a ilgili başvuru dosyasına yüklenir. Form M-files'a yüklendikten sonra iç klinisyene e-posta yolu ile bilgi verilir. Ön-başvurunun değerlendirmesinden sorumlu iç klinisyeni belirlerken TCS, ürünün genel özellikleri ile iç klinisyenin iş tecrübesini karşılaştırarak uygun gördüğü bir iç klinisyeni seçer. İç klinisyen tarafından gerçekleştirilen gözden geçirme yorumları, **M.FR.07.02 Ön-Başvuru Değerlendirme Formu**'nun "Cihaz ile İlgili İç Klinisyen / Klinik Uzman Görüşü" bölümüne kaydedilir ve form M-files'ta güncellenir.

A new pre-application card is created in M-files after the fully completed **M.FR.07.01 Application Form** has reached to SMR. If the pre-applicant company has not previously placed a pre-application to NOTICE, a new institution/organization card is created prior to creating the pre-application and then a new pre-application card is opened. **M.FR.07.01 Application Form** is recorded as documents of the relevant pre-application in M-files. Pre-application information is forwarded by SMR to MDDR by e-mail. The pre-application is evaluated by MDDR in accordance with the conditions specified in Section 5.2.1 through **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form**. The form is uploaded to the relevant application file in M-files. After the form is uploaded to the M-files, the internal clinician is informed via e-mail. In identifying the internal clinician responsible for the evaluation of the pre-application, MDDR selects an internal clinician it deems appropriate by comparing the general characteristics of the product with the internal clinician's work experience. Review comments made by the internal clinician are recorded in the "Internal Clinician / Clinical Specialist Opinion About the Device" section of the **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** and the form is updated in M-files.

5.2.1 Ön Başvuru Kapsamının Değerlendirilmesi / Evaluating the scope of the pre-application:

Ön başvuru kapsamı kontrol edilirken aşağıdaki maddeler dikkate alınır:

The scope of the pre-applications is checked. The following items are taken into consideration:

- a) Ön başvuruda bulunulan kapsamda yer alan ürün/ürünler AB 2017/745 TCR kapsamında olmalıdır, (bu değerlendirmede özellikle tıbbi cihaz tanımı ve MDCG 2022 – 5 Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices dokümanları kontrol edilir).
Product(s) in the application form shall be covered by the scope of 2017/745 MDR, (this is specifically checked according to medical device description and MDCG 2022 – 5 Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices).
- b) Ön başvuru kapsamı, NOTICE akreditasyon/notifikasyon kapsamında olmalıdır.
Scope of the pre-application shall be covered by NOTICE accreditation/notification scope.
- c) Ön başvuruda bulunulan kapsamda, NOTICE personellerinden en az bir Son Gözden Geçirici, Karar Alıcı, Ürün Gözden Geçirici, Klinik Uzman bulunmalıdır. Bu personeller en azından iki farklı kişi olmalıdır. Bu personellerin ön başvuruda bulunan firma ile **M.PR.20 Tarafsızlık Prosedürü**'nde belirtilen gerekliliklere göre bir ilişkisi olmamalıdır.
Within the scope of the pre-application, there must be at least one Final Reviewer, Decision Maker, Product Reviewer, Clinical Specialist from the NOTICE personnel. These personnel must be at least two different persons. These personnel should not have a relationship with the company that made the pre-application, according to the requirements specified in the **M.PR.20 Impartiality Procedure**.
- d) NOTICE tarafından sadece ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi denetimleri ve AB 2017/745 Tıbbi Cihaz Regülasyonu Uygunluğu denetimleri entegre olarak gerçekleştirilmektedir. Diğer entegre denetim talepleri kabul edilmez.
NOTICE only carries out ISO 13485 Medical Devices Quality Management System audits and EU 2017/745 Medical Devices Regulation Conformity Assessment audits in an integrated manner. Other integrated audit applications are not accepted.
- e) Ürün uygunluğu kapsamında söz konusu tıbbi cihazın belgelendirilmesi için başka bir Onaylanmış Kuruluşla sözleşme imzalanmamış olmalıdır veya tıbbi cihaz için geçerli bir ürün uygunluk belgesi olmamalıdır. Ürünün başka bir onaylanmış kuruluş tarafından belgelenmiş ve belge süresi sonra ermiş ya da iptal edilmiş bir sertifikası mevcut ise, yeniden belgelendirilmeme, iptal nedenleri araştırılacaktır. Başvuru kapsamında yer alan ürünlerin iptal edilmiş bir sertifikanın kapsamında bulunmasının nedeni ürünün güvenlik ve performans gerekliliklerinin karşılanamaması olmamalıdır.
In the context of product conformity, no agreement with any other Notified Body shall have been signed for certification of the medical device in question, or there shall not be a valid product conformity certificate for the medical device. If the product has been certified by another notified body and the certificate is expired or the product has a withdrawn certificate, the reasons for cancellation will be investigated. In case the products in the scope of the application are in the scope of a cancelled certificate, the reason of cancellation shall not be the failure to meet safety and performance requirements of the product.
- f) Ürün risk sınıfı doğru belirlenmiş olmalıdır.
Product risk class shall be determined correctly.
- g) Piyasada ürün eşleniğinin olup olmadığı değerlendirilir.
It is checked whether or not equivalent products are available in the market.
- h) Ön başvuru sahibi tarafından seçilmiş AB 2017/745 MDR altındaki uygunluk değerlendirme prosedürünün söz konusu cihaz için uygulabilirliği kontrol edilir.
It is checked whether or not the conformity assessment procedures chosen under EU 2017/745 MDR by the pre-applicant are applicable to the device in question.
- i) Ön başvuru kapsamındaki ürün için yayınlanmış bir ortak spesifikasyon veya yayınlanacağı bilinen bir ortak spesifikasyonun kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.

It is evaluated whether or not the product related to the pre-application is within the scope of a published or to be published CS.

- j) Başvurusu yapılan cihaz için uygun test taşeronunun olup olmadığı kontrol edilir.
It is checked whether or not there is a suitable test subcontractor for the device applied for.

Yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirme yapılırken aşağıdaki kontroller yapılır.

The following checks are made to evaluate according to the criteria specified above.

- a) “Ön başvuruya konu olan ürün tıbbi cihaz olmalıdır.” Başvuru formunda üretici tarafından belirtilen kullanım amacı kontrol edilir. Kullanım amacı tıbbi cihaz tanımı tıbbi cihaz tanımı içerisinde olmalıdır. The product subject to the pre-application must be a medical device. The Intended purpose specified by the manufacturer in the application form is checked. The intended purpose shall be included in the medical device description.

- Ürünün tanı ve/veya tedavi, bir hastalığı önleme veya hafifletme amacı ile kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir.

It is checked whether or not the product is used for diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment or alleviation of disease, an injury or disability,

- Ürün ana işlevini yerine getirirken farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki ile sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir. Ürünün etki mekanizması kontrol edilir.

It is checked whether or not the product has pharmacological, immunological, or metabolic effect when it fulfills its main function. The mechanism of action of the product is controlled.

Ön-başvuru kapsamındaki cihazın tıbbi cihaz olup olmadığına karar verirken, cihazın ana etki mekanizması dikkate alınmalıdır.

When deciding whether or not the device covered by the pre-application is a medical device, the main mechanism of action of the device should be taken into account.

Tipik olarak, tıbbi cihaz işlevi fiziksel yollarla elde edilir (mekanik eylem, fiziksel bariyer, organların veya vücut işlevlerinin değiştirilmesi veya desteklenmesi dahil...).

Typically, the medical device function is achieved by physical means (including mechanical action, physical barrier, replacement of or support to organs or body functions ...)

- b) “Ön başvuru, NOTICE akreditasyon/notifikasyon kapsamında olmalıdır.” Kalite yönetim sistemi belgelendirme ön başvurularında Notice A.Ş. akreditasyon kapsamı Akreditasyon Sertifikası üzerinden, Ürün uygunluğu değerlendirme başvurularında Notice A.Ş. notifikasyon kapsamı <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main> linkinden notified body numarası ile kontrol edilir.

Ön başvuruya konu olan ürün için MDR kodları, (AB) 2017/2185 sayılı Tüzük’ teki hiyerarşik sıralamalarına göre seçilir. Birden fazla MDA / MDN kodunun uygulanabilir olduğu durumda, listede en üst olan seçilir. Bazı durumlarda birden fazla MDA/MDN kodu seçilebilir. Bu durum **M.TL.07.02 MDR Kodlarının Belirlenmesi Talimatı**’na göre gerçekleştirilmelidir.

MDCG 2019-14 dokümanından MDR kodları altına düşen cihaz örnekleri kontrol edilir ve cihazın NOTICE kapsamında olduğundan emin olunur. Cihaz için MDS ve MDT kodları birden fazla olabilir. Birden fazla olması durumunda ilgili tüm kodlar NOTICE kapsamında olmalıdır. MDR kodlarının belirlenmesi **M.TL.07.02 MDR Kodlarının Belirlenmesi Talimatı**’ na göre yapılır.

“The product subject to the pre-application must be within the accreditation/notification scope of NOTICE”. For quality management system pre-applications, NOTICE accreditation scope is controlled through its accreditation certificate, and for product conformity assessment pre-applications, NOTICE notification scope is checked from <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main> using the Notified Body number.

MDR codes for the product subject to pre-application are selected according to their hierarchical order in the Regulation (EU) 2017/2185. Where more than one MDA / MDN code is applicable, the top one

in the list is selected. In some cases, more than one MDA/MDN code may be selected. This situation shall be justified according to the **M.TL.07.02 Instruction for Determination of MDR Codes**.

Device samples falling under MDR codes from the MDCG 2019-14 document are checked and it is ensured that the device is within the scope of NOTICE. There may be more than one MDS and MDT codes for the device. In case of more than one, all relevant codes must be covered by NOTICE. MD codes are identified according to M.TL.07.02 Instruction for Identification of MDR Codes.

- c) “Ön başvuruya konu olan ürünün ilgili MDR kodunda tarafsız en az bir Son Gözden Geçirici, Karar Alıcı, Ürün Gözden Geçirici, Klinik Uzman bulunmalıdır”. **M.FR.35.18 TCR Değerlendirme Personeli Havuzu Formu** dokümanından söz konusu ürünün ilgili MDR kodunda atanmış denetçi/uzman kontrolü yapılır. Sınırlandırma işareti (*) olan personelin sınırlama bilgisi için **M.FR.35.18 TCR Değerlendirme Personeli Havuzu Formu** sınırlama bölümü ve personel dosyası kontrol edilir. Ön başvuruda bulunan firma veya belgelendirme ön başvurusunda bulunulan ürün veya üretici için sınırlandırma olup olmadığı kontrol edilir. Görevlendirilecek personelin ilgili firmanın kendisinden veya taşeronlarının herhangi birinden son 3 yıl içerisinde eğitim almamış olmasına dikkat edilir. İlgili MDR kodunda atanmış denetçilerin sınırlandırma kontrolü TCS tarafından yapılır, TCS’ nin ilgili kodda atanmış olması durumunda sınırlandırma kontrolü Akreditasyon & Notifikasyon Sorumlusu tarafından yapılır. Personel kaynağının kontrolü **M.TL.07.03 Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri İçin Kaynakların Belirlenmesi, Kontrolü ve Tahsisi Talimatı**’na göre yapılır. Uygun personel yok ise başvuru kabul edilmez.

“There must be at least one Final Reviewer, Decision Maker, Product Reviewer, Clinical Specialist in the relevant MDR codes of the product subject to the pre-application”. Auditors/experts assigned for the related MDR codes are checked through M.FR.35.18 MDR Assessment Personnel List. The restriction section of the M.FR.35.18 MDR Assessment Personnel List and the file of personnel with restriction mark* is controlled. It is checked whether or not there is a restriction regarding the pre-applicant company or the product for which certification pre-application has been made. It is noted that the personnel to be appointed have not received training from the relevant company itself or any of its subcontractors in the last 3 years. The restriction control is performed by DANR in case of that DANR is assigned in related MDR codes, restriction control is performed by Accreditation & Notification Responsible. Control of personnel resources is carried out in accordance with **M.TL.07.03 Instruction for Determination, Control and Allocation of Resources for Conformity Assessment Activities**. If there are no suitable personnel, the application will not be accepted.

- d) “Entegre denetim talebi olmamalıdır”. Başvuru formundan firmanın hizmet talebi kontrol edilir. EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi ve/veya AB 2017/745 Tıbbi Cihaz Regülasyonu Uygunluğu Belgelendirmesi dışında bir yönetim sistemi veya ürün belgelendirme talebinin olup olmadığı, var ise söz konusu yönetim sistemi ile ISO 13485 kalite yönetim sisteminin entegre olarak hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir.

“The requested service shall not include Integrated audit.” The client’s service request is checked from the application form. It is checked whether or not there is a request for any management system or product certification other than EN ISO 13485 Medical Devices Quality Management System and/or 2017/745 Medical Devices Regulation Product Conformity Certification, if so, it is checked whether or not the ISO 13485 quality management system is prepared in an integrated manner with the management system in question.

- e) “Söz konusu ürün için firmanın başka bir onaylanmış kuruluşla imzalı sözleşmesi veya hali hazırda başka onaylanmış kuruluştan geçerli bir AB 2017/745 Tıbbi Cihaz Regülasyonuna göre ürün uygunluk sertifikası bulunmamalıdır”. Firma tarafından gönderilen başvuru formu üzerinden sertifika sorgulama bölümleri kontrol edilir. Ayrıca ön başvuruda bulunan firmanın web sitesinden ön başvuruda bulunduğu ürün için sertifikasının olup olmadığı kontrol edilir. İptal edilmiş başka bir onaylanmış kuruluş tarafından belgelenmiş ve belge süresi sonra ermiş ya da iptal bir sertifika olması durumunda, yeniden belgelendirilmeme ya da iptal nedeni üreticiden talep edilir. Ek olarak, EUDAMED üzerinden firma

veya ön başvuru kapsamındaki ürün ile ilgili iletilmiş bir bilgilendirme olup olmadığı kontrol edilir. İptal ya da yeniden belgelendirmeme nedeninin ürün güvenliği ya da performansı ile ilgili olabileceği düşünüldüğünde, sertifika yeniden belgelendirme sürecini başlatmamış ya da iptal etmiş onaylanmış kuruluştan nedeni ile ilgili bilgi istenir. Eğer üretici başka bir onaylanmış kuruluş tarafından reddedilmiş bir başvuruya sahip ise reddedilme nedeni dikkate alınır. Başvuru ürün performans veya güvenlik nedenleri ile reddedildi ise ön başvuru kabul edilmez. Eğer başvuru finansal sorunlar veya başka sebepler nedeniyle reddedildiyse, ön başvurunun kabul edilip edilmeme kararı TCS tarafından verilir.

“An agreement shall not be signed with another notified body for the product subject to pre-application, or the product shall not have a valid conformity certificate according to 2017/745 Medical Devices Regulation from another Notified Body”. Certificate inquiry part in the application form is checked. In addition, the product’s certificates are checked through the pre-applicant’s web site. In case of a withdrawn certificate or product has been certified by another notified body and the certificate is expired, the reason for cancellation or not starting the recertification process is requested from the manufacturer. In addition, it is checked whether or not there are any notices forwarded through EUDAMED regarding the company or the product covered by the pre-application. Given that the cause of cancellation or denial of recertification may be related to product safety or performance, the notified body that has revoked the certificate or denied the recertification is asked for information on the cause. If the manufacturer has an application rejected by another notified body, the reason for the rejection is considered. If the application is rejected due to product performance and safety reasons, the pre-application will not be accepted. If the application is rejected due to financial problems or other reasons, the decision whether or not to accept the pre-application is made by MDDR.

- f) “Söz konusu ürünün başvuru formunda belirtilen MDR risk sınıfı doğru belirlenmiş olmalıdır”. Ön başvuru formundan üretici tarafından tanımlanmış MDR risk sınıfı kontrol edilir. Ürün kullanım amacına ve ürün özelliklerine (içerdiği madde, kullanım süresi, temas ettiği dokular) göre AB 2017/745 MDR, EK VIII Sınıflandırma bölümüne uygun olarak sınıflandırılması kontrol edilir. Sınıflandırma kontrolü yapılırken “MDCG 2021-24 Guidance on classification of medical devices” dokümanından faydalanılır. Yapılan değerlendirme sonucunda ön başvuru sahibinden daha farklı bir sınıflandırma söz konusu ise firmaya gerekçeli açıklama, **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu**’na yazılarak mail veya faks yolu ile bildirilir. Bu konuda firma ile anlaşmazlığa düşülür ise yetkili otoriteye başvurulur.

The MDR risk category specified in the product application form shall be correctly identified. The MDR risk class defined by the manufacturer is checked from the application form. The suitability of classification is controlled based on the intended purpose of the product and the product characteristics (contained substance, period of use, contacted tissues) according 2017/745 Medical Devices Regulation Annex VIII Classification. It makes use of the document “MDCG 2021-24 Guidance on classification of medical devices” while performing the classification control.

If as a result of the evaluation, classification is decided different than the pre-applicant, the reasoned explanation is sent to the company in written through **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** by mail. In case of disagreement with the company, the competent authority shall be consulted.

- g) “Piyasada ürün eşlenirliğinin olup olmadığının değerlendirmesi yapılmalıdır”. Başvuru formundan ürün kullanım amacı, etki mekanizması ve teknik özellikleri kontrol edilir. Web üzerinden ön başvuru formunda belirtilen ürün özelliklerinde ve kullanım amacında eşdeğer ürün olup olmadığı kontrol edilir. Piyasadaki ürün eşleniklerinin başvurusu yapılan üründen daha yaygın ve daha riskli bir kullanım alanı mevcut ise, en riskli kullanıma göre sınıflandırma ve teknik alan belirlemesi yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda ön başvuru sahibinden daha farklı bir sınıflandırma söz konusu ise firmaya gerekçeli açıklama, **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu**’na yazılarak mail veya faks yolu ile bildirilir. Bu konuda firma ile anlaşmazlığa düşülür ise yetkili otoriteye başvurulur.

“It shall be evaluated whether or not there are equivalent products on the market.” From the application form, the intended purpose of the product, its mechanism of action and its technical characteristics are checked. It is checked on the web whether or not there are products equivalent to the product

specifications and intended use defined in the application form. If the equivalent products have more widespread use with higher risk, classification and technical field determination is made according to use highest risk. If as a result of the evaluation, classification is decided different than the pre-applicant, the reasoned explanation is sent to the company in written through **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** by mail. In case of disagreement with the manufacturer, the competent authority shall be consulted.

- h) “Ön başvuru sahibi tarafından seçilmiş AB 2017/745 MDR altındaki uygunluk değerlendirme prosedürünün söz konusu cihaz için uygulanabilirliği kontrol edilir.” Üretici tarafından talep edilen uygunluk değerlendirme metodunun, ürün MDR sınıfı ile uygunluğu AB 2017/745 MDR madde 52 ye göre kontrol edilir. Seçilen uygunluk değerlendirme prosedürü için NOTICE yetkilendirilmiş olmalıdır. NOTICE’ in yetkilendirilen uygunluk değerlendirme prosedürleri “<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main>” üzerinden kontrol edilebilir.

“It is checked whether or not the conformity assessment procedures chosen under EU 2017/745 MDR by the pre-applicant are applicable to the device in question.” Conformity of MDR class of the product with specified conformity assessment procedure by manufacturer is checked according to EU 2027/745 MDR article 52. NOTICE must be authorized for the selected conformity assessment procedure. NOTICE’s authorized conformity assessment procedures can be checked at “<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.main>”.

- i) “Ön başvuru kapsamındaki ürün için yayınlanmış bir ortak spesifikasyon veya yayınlanacağı bilinen bir ortak spesifikasyonun kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.” Ön başvuru kapsamındaki ürün ile ilgili bir OS nin yayınlanacağı duyurulmuşsa ön başvuru kabul edilmez. OS ler <https://eur-lex.europa.eu/search.html?name=collection%3Aeu-law-legislation&type=named&qid=1661212172563> web sitesinden kontrol edilir.

“It is evaluated whether or not the product related to the pre-application is within the scope of a published or to be published CS.” The pre-application is not accepted if it is announced that a CS will be published about the product covered by the pre-application. CSs are checked from <https://eur-lex.europa.eu/search.html?name=collection%3Aeu-law-legislation&type=named&qid=1661212172563> website.

- j) “Başvurusu yapılan cihaz için uygun test taşeronunun olup olmadığı kontrol edilir” NOTICE **M.FR.27.02 Taşeron ve Bağlı Kuruluşlar Listesi**’nden söz konusu cihaz için tip standardına veya OS’ ine göre test yapabilecek kuruluşun varlığı kontrol edilir. Ayrıca firma tarafından doldurulan **M.FR.07.01 Başvuru Formu**’ndan firmanın NOTICE’ in web sitesinde beyan ettiği taşeronlar ile bağlantısının olup olmadığının kontrolü yapılır. Bağlantısı var ise; bağlantısının olmadığı test kuruluşunun varlığı kontrol edilir. İlgili cihaz için test yapabilecek veya bağlantısız test kuruluşu yok ise başvuru kabul edilmez.

“It is checked whether or not there is a suitable test subcontractor for the device applied for” The existence of an organization that can test for the device in question according to the type of standard or CS is checked from the NOTICE **M.FR.27.02 Subcontractor and Affiliated Organizations List**. In addition, from the **M.FR.07.01 Application Form** filled by the company, it is checked whether or not the company has a connection with the subcontractors declared on NOTICE’s website. If there is a connection; the existence of the test organization that has no connection is checked. If there is no test institution that can test for the relevant device or is no unconnected testing organization, the application will not be accepted.

5.2.2 Ön Başvuru Değerlendirmede Klinik Uzman Görüşü / Internal Clinician’s Opinion in Pre-Application Evaluation:

Başvuru değerlendirmesi sırasında, iç klinisyen (**M.FR.35.18 TCR Değerlendirme Personeli Havuzu Formundan** seçilmiş), cihazın kullanım amacı ve etki mekanizması bilgisini kontrol ederek, cihazın bir tıbbi

cihaz olup olmadığı yönünde görüşünü **M.FR.07.02 Ön-Başvuru Değerlendirme Formu**'na kaydeder. İç klinisyen, başvuru yapılan cihazın eşdeğerinin olmaması veya cihazın yaygın olmayan yeni bir teknoloji içeriyor olması durumunda; başvuruda bulunan firma ile iletişime geçer, kabul eder ise cihazın teknik dokümantasyonunun kullanım amacını, endikasyonlarının, kontraendikasyonlarının, hasta popülasyonu, kullanım şekli ve etki mekanizmasının açıklandığı bölümler ile klinik değerlendirme raporunu da talep eder. Değerlendirmesini bu dokümanlara göre yapar ve görüşünü **M.FR.07.02** formuna yazar. İç klinisyen söz konusu cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı yönünde bir karar verememesi durumunda;

During the application evaluation, the internal clinician (selected from the **M.FR.35.18 MDR Assessment Personnel List Form**) checks the purpose of use and the mechanism of action of the device and records his/her opinion on whether or not the device is a medical device in the **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form**. If there is no equivalent of the applied device or if the device contains new technology that is not common, the internal clinician contacts the applicant company, and if he/she agrees, the technical documentation sections of the device, explaining the purpose of use, indications, contraindications, patient population, mode of use and mechanism of action; is requested also with the clinical evaluation report. He/she makes his/her evaluation according to these documents and writes its opinion on the **M.FR.07.02** form. If the internal clinician cannot make a decision as to whether or not the device in question is a medical device;

İlgili MDR kodunda atanmış bir klinik uzmandan görüş alma kararı verir ve bunu TCS' ye e-posta ile bildirir. TCS, **M.FR.35.18 TCR Değerlendirme Personeli Havuzu Formu** ile görüş alınacak klinik uzmanı belirler. İç klinisyen, ilgili MDR kodunda atanmış klinik uzmana üretici tarafından iletilmiş **M.FR.07.01 Başvuru Formu**'nu, üretici göndermiş ise ek bilgi dökümanlarını iletir ve görüş talep ettiği konuyu belirtir. Klinik uzmanın görüşünü e-posta ile belirtmesinin ardından **M.FR.07.02 Ön-Başvuru Değerlendirme Formu**'nu doldurur, ek olarak iç klinisyen ürün uygunluğu değerlendirme saha denetimi süreçlerine klinik uzmanın de katılması gerektiğine karar verdiğinde **M.FR.07.02 Ön-Başvuru Değerlendirme Formu**'na kararını ekler ve e-posta ile TCS'ye iletir. Makes the decision to seek opinion from a clinical specialist assigned in the relevant MDR code and notifies MDDR by e-mail. MDDR determines the clinical specialist to be consulted with the **M.FR.35.18 MDR Assessment Personnel List Form**. The internal clinician transmits the **M.FR.07.01 Application Form** submitted by the manufacturer to the clinical specialist assigned in the relevant MDR code, and additional information documents if the manufacturer has sent it and indicates the subject for which he or she requests an opinion. After the clinical specialist gives his/her opinion via e-mail, internal clinician fills out the **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form**. In addition, when the internal clinician decides that the clinical specialist should also participate in the product conformity assessment site audit processes, he/she adds his/her decision to the **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** and sends it to MDDR by e-mail.

5.3 Ön Başvuru Değerlendirmenin Sonuçlandırılması / Finalizing Pre-Application Evaluation:

Yukarıda belirlenen şartlara göre ön başvurunun kabul edilmesi durumunda **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu** SPS ye M-Files üzerinden iletilerek ön başvuru için teklif hazırlanması sağlanır.

If the pre-application is accepted according to the requirements set out above, **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** is submitted to the SMR through M-Files so that the quotation for the pre-application is prepared.

Yukarıda yer alan şartlardan birinin karşılanmaması (f ve g maddesi hariç) durumunda ön başvurunun reddi, firmaya gerekçeli açıklama **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu**'na yazılarak mail veya faks yolu ile bildirilir.

In the event that one of the above requirements is not met (except for f and g), the pre-application is rejected, and the company is informed of the justifications and reasons through **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** sent via email.

Ön başvuruda bulunan firma ile söz konusu cihazın tıbbi cihaz olup olmadığı ile ilgili anlaşmazlığa düşülmesi durumunda firma ile görüşülerek firmanın/yetkili temsilcinin (veya atanacak yetkili temsilcisinin ve taslak yetki ve niyet mektubu olan) AB üyesi Yetkili Otoritesi (Türkiye için TİTCK) ile iletişime geçileceği son kararın Yetkili Otorite tarafından verileceğinin bilgisi, NOTICE antetli evrakında yazılı olarak TCS tarafından e-posta yoluyla evrakın gönderilmesiyle verilir. Bu bildirim yapılırken Yetkili Otoriteye gönderilmesi gereken dokümanların bilgiside ilgili evrakta verilir. Ön başvuruda bulunan firmanın antetli evrakıyla yazılı onayı alınır. Ön başvuruda bulunan firma Yetkili Otorite inceleme ücretini yatırdıktan sonra Yetkili Otoriteye aşağıdaki evraklar ile birlikte başvuruda bulunulur.

In the event of a dispute arising between the pre-applicant company and NOTICE on whether or not the device falls into medical devices category, the company will be informed through sending the document via e-mail by MDDR in writing on the NOTICE letterhead that the decision is made by the Competent authority of the Member State (TİTCK for Turkey) in which the manufacturer/authorized Representative (or the authorized representative to be appointed and whose draft mandate and letter of intention exists) has its registered place of business. While this notification is being made, the information about the documents to be sent to the Competent Authority is given in the relevant document. The pre-applicant company's written approval is obtained with letterhead in this regard. Once the pre-applicant has paid the Competent Authority's review fee, they must apply to the Competent Authority together with the following documents.

- Söz konusu cihaz için detaylı olarak yazılmış kullanım amacı ve etki mekanizmasını içeren ürün bilgisi
Product information containing the intended use and mechanism of action in detail
- Söz konusu cihazın kullanım talimatı
Instructions for use
- Söz konusu cihaz için hazırlanmış klinik değerlendirme raporu
Clinical evaluation report

Yetkili Otoritenin kararı doğrultusunda ön başvuru, Yetkili Otoritenin cevabı eklenerek yazılı olarak sonlandırılır veya sözleşme hazırlanması için **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu** SPS'ye M-Files üzerinden gönderilir.

In line with the decision of the Competent Authority, the pre-application is finalized in writing by adding the response of the Competent Authority or **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** is sent to SMR via M-Files for the preparation of the contract.

Ön başvuruda bulunan firma ile ürün risk sınıfı konusunda anlaşmazlığa düşülmesi durumunda karar firmanın/yetkili temsilcinin (veya atanacak yetkili temsilcisinin ve taslak yetki ve niyet mektubu olan) AB üyesi Yetkili Otoritesi (Türkiye için TİTCK) tarafından verilir. Prosedür yukarıda anlatıldığı şekilde işletilir. Yetkili Otoritenin kararı sonucunda **M.FR.07.02 Ön Başvuru Değerlendirme Formu** SPS'ye M-Files üzerinden gönderilir veya ön başvuru, Yetkili Otoritenin cevabı eklenerek yazılı olarak sonlandırılır

In case of dispute with the company applying for the product risk class, the decision is made by the EU member Competent Authority (TİTCK for Turkey) of the company/authorized representative (or the authorized representative to be appointed and whose draft mandate and letter of intention exists). The above-mentioned process will be proceeded. After the decision is made by the Competent Authority, **M.FR.07.02 Pre-Application Evaluation Form** is sent to SMR via M-Files, or the pre-application is finalized in writing by adding the response of the Competent Authority.

5.4 Ürün Sınıfına Göre Uygunluk Değerlendirme Metodunun ve Teknik Dokümantasyonun Değerlendirme Kapsamının Belirlenmesi / Determination of Conformity Assessment Procedure and Technical Documentation Evaluation Scope based on Device Risk Class

Ürün sınıfına göre uygunluk değerlendirme metodu ve teknik dokümantasyonun değerlendirilmesi kapsamı aşağıdaki tabloya göre belirlenir.

Conformity Assessment Method and Technical Documentation Evaluation Scope based on Device Risk Class is determined according to the following table.

Cihaz Risk Sınıfı / Device Risk Class	Uygunluk Değerlendirme Metodu / Conformity Assessment Method	Teknik Dökümantasyon Değerlendirmesi / Technical Documentation Evaluation
Sınıf III – implante edilebilir cihazlar Class III - implantable devices	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4, Madde 5.1 + Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4, Section 5.1 + Chapter III	Bütün cihazlar için For every device
Sınıf III- tıbbi madde içeren (Ek VIII, Kural 14' e göre) Class III - incorporating medicinal substances (acc. to Annex VIII, Rule 14)	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4, Madde 5.2 + Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4, Section 5.2 + Chapter III	Bütün cihazlar için For every device
Sınıf III-insan vücudu tarafından emilen ya da lokal olarak dağılan (Ek VIII, Kural 21' e göre) Class III - absorbed by or locally dispersed in the human body (acc. to Annex VIII, Rule 21)	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4, Madde 5.4 + Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4, Section 5.4 + Chapter III	Bütün cihazlar için For every device
*Sınıf III *Class III	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4+ Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4+ Chapter III	Bütün cihazlar için For every device
Sınıf IIb Class IIb	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4+ Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4+ Chapter III	Genel cihaz grubu başına en az bir temsili cihaz için For at least one representative device per generic device group
Sınıf IIb (Ek VIII, Kural 12'ye göre) Class IIb (acc. to Annex VIII, Rule 12)	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4 ve Madde 5.1 Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4 and Section 5.1	Genel cihaz grubu başına en az bir temsili cihaz için For at least one representative device per generic device group
Sınıf IIb implante edilebilir cihazlar, sütürler, zimba telleri, dental dolgular, dental teller, dental kronlar, vidalar, kısıklar, plakalar, teller, pimler, klipsler ve konektör dışında Class IIb implantable devices, except sutures, staples, dental fillings, dental	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4+ Bölüm III Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4 + Chapter III	Bütün cihazlar için For every device

braces, tooth crowns, screws, wedges, plates, wires, pins, clips and connector		
Sınıf IIa Class IIa	Ek IX: Bölüm I + Bölüm II Madde 4 + Bölüm III veya Ek XI: Kısım A Madde 10 Annex IX: Chapter I + Chapter II Section 4+ Chapter III or Annex XI: Part A Section 10	Genel cihaz grubu başına en az bir temsili cihaz için For at least one representative device per generic device group
Sınıf Is Class Is	Ek IX: Bölüm I+ Bölüm III Annex IX: Chapter I+ Chapter III Steril koşulların oluşturulması, güvence altına alınması ve sürdürülmesine ilişkin bölümler The sections on establishing, securing and maintaining sterile conditions	--
Sınıf Im Class Im	Ek IX: Bölüm I+ Bölüm III Annex IX: Chapter I+ Chapter III Cihazların metrolojik gerekliliklere uygunluğu ile ilgili bölümler Parts relating to the conformity of the devices with metrological requirements	--
Yeniden kullanılabilir cerrahi aletler Reusable surgical instruments	Ek IX: Bölüm I+ Bölüm III Annex IX: Chapter I+ Chapter III Cihazların temizliği, dezenfeksiyonu, sterilizasyonu, bakımı ve fonksiyonel testi ile ilgili bölümleri ve ilgili kullanım talimatları / The sections relating to the cleaning, disinfection, sterilization, maintenance and functional testing of the devices and related instructions for use	--

*İnsan kaynaklı dokular veya hücreler veya bunların türevlerini içeren sınıf III cihazlar ve hayvan kaynaklı dokular veya hücreler veya bunların türevleri hariçtir.

*Excluding class III devices containing tissues or cells of human origin or their derivatives, and tissues or cells of animal origin or their derivatives

5.5 Belgelendirme Sözleşmesi Öncesi Ön Başvuru Dair Son Kontroller / Final Controls Regarding Pre-Application Before Certification Contract

Eksiksiz ve imalatçı ya da imalatçının yetkili temsilcisi tarafından kaşe ve tarih olacak şekilde imzalanmış başvuru formlarının kontrolü SPS tarafından yapılır. SPS, firmanın ticaret sicil gazetesinin veya iş lisansının, eğer başvuruyu yetkili temsilcisi yapmış ise; yetkili temsilcilik sözleşmesini veya niyet mektubunu kontrol ederek başvuru formunun imalatçı veya imalatçının kendisinin veya yetkili temsilcisi tarafından doldurulduğunu doğrular.

The complete and signed application forms, stamped and dated by the manufacturer or the manufacturer's authorized representative, are controlled by SMR. SMR verifies that the application form has been completed by the manufacturer or the manufacturer himself or his authorized representative by checking the company's trade registry gazette or business license if the application is made by the authorized representative; by checking the authorized representative agreement or letter of intent.

Ön-başvurusunun alınmasının ardından ön-başvuruda oluşabilecek revizyon durumlarında, her bir güncelleme, versiyon numarası verilerek SPS tarafından M-files'ta ilgili başvuru klasöründe kayıt altına alınır. Her bir güncelleme için SPS başvuru formunun tarih kısmının güncel olmasını, tarih ile birlikte versiyon numarası yazılmasını ve imzalanmasını, başvuru yapan imalatçı veya yetkili temsilciden talep eder. Her bir revizyon durumunda TCS tarafından ön-başvuru değerlendirilmesi revize edilir, güncel tarih ve versiyon numarası verilip imzalandıktan sonra m-filesda ilgili başvuru klasöründe kayıt altına alınır. Revize edilen ön-başvurunun değerlendirmesi madde 5.1 ~ 5.4 de anlatıldığı şekilde yapılır. Revize edilen başvuru formunun kontrolü birinci paragrafta anlatıldığı şekilde yapılır.

In case of revisions that may occur in the pre-application after the pre-application is received, each update is recorded by SMR in the relevant application folder in M-Files by giving a version number. For each update, SMR requests from the manufacturer or authorized representative that the date part of the application form is up-to-date, that the version number is written and signed along with the date. In case of each revision, the pre-application evaluation is revised by MDDR, and after the current date and version number is given and signed, it is recorded in the relevant application folder in M-Files. Evaluation of the revised pre-application is done as described in clauses 5.1 ~ 5.4. The revised application form is checked as described in the first paragraph.

Hazırlanan teklifin imalatçı tarafından kabul edilmesi durumunda, imalatçıya **M.PR.23 Denetim Ücretlerinin Belirlenmesi Prosedürüne** hazırlanan belgelendirme sözleşmesi gönderilir.

In case the prepared quotation is accepted by the manufacturer, the certification contract prepared for the **M.PR.23 Determination of Audit Fees Procedure** is sent to the manufacturer.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR / RELATED DOCUMENTS

1. **M.TL.07.01** Pre-Application Instructions
2. **M.TL.07.02** Instruction for Identification of MDR Codes
3. **M.TL.07.03** Instruction for Determination, Control and Allocation of Resources for Conformity Assessment Activities
4. **M.FR.07.01** Application form
5. **M.FR.07.02** Pre-Application Evaluation Form
6. **M.FR.07.03** ISO 13485 Certification Flow Chart
7. **M.FR.07.04** MDR Certification Flow Chart
8. **M.FR.23.03** **Product Information Receipt Form**
9. **M.FR.35.18** MDR Assessment Personnel List
10. **M.PR.13** Technical Documentation Evaluation Procedure
11. **M.PR.17** Receiving and Evaluating Applications of Medical Devices Incorporating Medicinal Substances
12. **MDCG 2022-5** Guidance on borderline between medical devices and medicinal products under Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
13. **EU 2017/745** Medical Devices Regulation
14. **MDCG 2021-24** Guidance on classification of medical devices
15. **MDCG 2019-14** Explanatory note on MDR codes
16. **EMA/CHMP/QWP/BWP/259165/2019** Guideline on quality documentation for medicinal products when used with a medical device
17. **Manual on Borderline and Classification in The Community Regulatory Framework for Medical Devices**